

+ Nınay Delen  
Dr. Fikret



## YETİŞKİN HASTA ALT BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.En içten tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka , en dışta polietilen su geçirmez tabaka ve taneciklerin olduğu tabaka olmak üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 2.Her iki tarafta ikişer adet yan yapıştırma bantları olmalı ve bu bantların en az 5 kere açılıp kapatılabilme özelliği olmalıdır.
- 3.Hastaya temas eden kısmı alerjik olmamalı ve cildi tahriş etmemelidir.Yumuşak dokulu üst yüzeyi sayesinde sıvıyı hızla alt tabakalarına ileterek, cildin kuru kalmasını sağlamalıdır.
- 4.Emiciliği yüksek olmalı, en az 1000 ml sıvıyı emebilmelidir.
- 5.Yatağa gelen koruyucu kısım sıvı geçirmemeli ve yatağın ıslanmasını engellemelidir.
- 6.Bacaklara gelen iç tarafta lastikli bariyer kısım olmalı, bu kısım bacakları tahriş etmemeli, ıslanmakla kopmamalı, yatağa sıvı geçişine mani olmalıdır.
- 7.Atıklarla ilgili ulusal kanunlara uyulması şartı ile çevre için bir risk oluşturmamalıdır.
- 8.Tek kullanımlık olmalıdır.Tek kullanımlık işareti taşınmalıdır.
- 9.Small, medium,large ve xlarge bedenleri olmalı,hastanenin istediği miktarda verebilmelidir.
- 10.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az iki yıl miyadlı olmalıdır.
- 11.Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)
- 12.Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajının üzerinde üretim, son kullanma tarihi vb.bilgiler olmalıdır.
- 13.Ürün CE belgesine sahip olmalı ve UBB barkodu olmalıdır.
14. Her bir paket bez için iki adette su bazlı, alkolsüz, kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

Doc.Dr. Fikret BİLDİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HASTANESİ  
Acil Tıp  
Dip.No:8804A023  
Dip.Tes.No:59830-51050

Fikret BİLDİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HASTANESİ  
Dip.No:8804A023  
Dip.Tes.No:59830-51050

NİLİF YEŞİLDAĞ  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HASTANESİ  
Acil Tıp

Doktor Recepoglu  
5075

2

### YENİDOĞAN BEBEK BEZİ

- Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2kg-5kg arası bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Paketler içerisinde en az 88 adet bebek bezi olmalıdır.
- Bebek bezinin kenarları yumuşak olmalı, bebeğin cildine zarar vermemelidir.
- Bebeklerde pişik oluşumuna neden olmamalı bunun için yumuşak dokuda olmalıdır.
- Her bir paket bebek bezi için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

2

### PREMATÜRE BEBEK BEZİ

- Prematüre-bebeklerde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Boyutu 2.5 kg ve altı bebekler için uygun olmalıdır.
- Paket içerisinde en az 30 adet olmalıdır.
- Dokusu yumuşak olmalı, cildi çok hassas olan prematüre bebeklerde pişige ve tahrişe neden olmamalıdır.
- Her bir paket bebek bezi için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

Prof. Dr. Ebru ERGENEKON  
T.C. G. Ü. T. F. Gazi Hastanesi  
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A. D. NEONATOLOJİ B. D.  
Diploma No: 8096  
Dip. Tescil No: 50513

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* (y)