

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62063
İstem Tarihi : 05.09.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 07.09.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-033016	TELESKOP 30 DERECE.	1.00	ADET
Şartname Kodu : 24591			

OPTİK LENS (30 DERECE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 30°' leri oblik görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
2. Çapı 4 mm olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
5. Bölümde kullanılan mevcut sistemle uyumlu olmalıdır.
6. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Mustafa KARACELAN
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hastanesi
Üroloji
Hastane No: 4228
T.C. Tesc. No: 25002

Doç. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Teskil No: 84227

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62063
İstem Tarihi : 05.09.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 07.09.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-033016	TELESKOP 30 DERECE.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 14350

PEDİATRİK TELESKOP (30 DERECE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 30 derece teleskop ileri oblik görüşlü olmalıdır.
- Çapı kliniğimizde kullanılan pediatrik sistoskoplara uyumlu olması için distal uçta 1.9 mm ve proksimal uçta 2.1 mm, uzunluğu ise 18 cm olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- Otoklav ile sterilize edilebilmelidir
- Teklif veren firmaların, teklif edilen malzemelerin satış sonrası servis hizmetleri için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş olan teklif edilen cihaz veya cerrahi aletlere ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ni veya TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklif ile birlikte vermesi gerekmektedir.
- Teklif veren firmaların, teklif edilen malzemelerin satış sonrası servis hizmetleri için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş olan teklif edilen cihaz veya cerrahi aletlere ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ni veya TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklif ile birlikte vermesi gerekmektedir.
- İstekli firma Sağlık Bakanlığı "Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi" veri tabanına kayıtlı (Kayıt numarası belirtilmeli) olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.
- Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
- Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
Üroloji
Doküman No: 25003

Doc. Dr. Melih ONARAN
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tespit No: 84227

İstem No : 62063
İstem Tarihi : 05.09.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 07.09.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J09-090100	CALISMA ELEMANI SET.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 39113

ÇALIŞMA ELEMANI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Çalışma Elemanı Seti transüretal rezeksiyon uygulamaları için kullanılabilir. Bölümümüzde kullanılan rezektoskop ile uyumlu olmalıdır.
2. Çalışma elemanı, pasif kesme, yani, ileriden geriye doğru kesim yapmak için uygun olmalı, elektrodun hareketi yay mekanizması ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda elektrot kılıfın içinde olmalıdır.
2. Çalışma elemanı tek bacaklı looperların kullanımına uygun olmalı ve yüksek frekans kablosu girişi, kullanımı kolaylaştırarak şekilde çalışma elemanının üst kısmından bağlantılı olmalıdır.
3. Çalışma elemanı, gerektiğinde, soğuk bıçak takılarak uretrotom çalışma elemanı olarak da kullanılabilir.
4. Çalışma elemanı 2(iki) adet uygun "Yüksek frekans kablosu" ile birlikte teslim edilmelidir.
4. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
5. Teklif veren firmaların, teklif edilen malzemelerin satış sonrası servis hizmetleri için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş olan teklif edilen cihaz veya cerrahi aletlere ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ni veya TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklif ile birlikte vermesi gerekmektedir.
6. İstekli firma Sağlık Bakanlığı "Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi" veri tabanına kayıtlı (Kayıt numarası belirtilmeli) olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.
7. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
8. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

Prof. Dr. Mustafa KARACÖLÜK
T.C. Sağlık Bakanlığı
Üroloji Uzmanı
Diyadinin No: 1208
Etilik No: 25003

Doç. Dr. Metin ANARAN
T.C. G.Ü. T.F. Gazı Hastanesi
Üroloji
Diyadinin No: 10996
Diyadinin No: 84227