



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43899

Düzenleme Tarihi : 27.11.2017

KOD : J03-032137 /

MALZEME ADI : KONNEKTÖR (DÜZ).

TRANSFER PANEL

- Malzeme plexiglastan yapılacaktır.
- 24 adet jack olacaktır
- Jacklar karşılıklı bağlanacaktır
- 12 adet jack kabin dış tarafında, diğer 12 adet jack kabinin iç tarafında olacaktır.
- Jacklar birbirine 20-25 cm lik sterio kablolarla bağlanacaktır.
- Jacklar sterio olacaktır.
- Jack panel şşsteminde right-left-bone-talk back- patient response- high frequency- insert- FF1- FF2 giriş isimleri belirtilmelidir.
- Yazılar lazer sistemle yazılmış olmalıdır.
- Odyometre cihazı ismi yazılı girişlere bağlanmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 72081

Doç. Dr. Hakan TUTAR
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 72081