

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİM ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Fen Fakültesi Biyoloji	PROF.DR. ŞULE COŞKUN CEVHER	29/05/2018	5
	TEL : 202 11 96 - 506 845 5391		

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE  
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'05/2016-22' kodlu ve 'Timokinin ve Ceratonia siliqua'nın astımdaki koruyucu rolünün araştırılması' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:

*Şöşten*

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	ölçüm cihazı - el tipi - pH/mV/Sıcaklık	1	ADET	oksijen, sıcaklık ve pH ölçümü yapan standart digital Ph metre 1.Cihaz Masa Üstü Tipte olmalıdır.2. Cihaz Lcd Ekranı Şahip olmalıdır.3.Cihazın Lcd Ekranında Ölçülen Ph Ve Sıcaklık Değeri Aynı Anda İzlenebilmelidir.5.Cihazın Ölçüm Aralığı Aşağıda Tanımlanan Şekilde olmalıdır: Voltaj $\pm 1000.0$ Mv Ph 0 /+ 14 P Sıcaklık $0^{\circ}\text{C}/+100^{\circ}\text{C}$ Cihazın Hassasiyeti Aşağıda Tanımlanan Şekilde olmalıdır: Voltaj 1 Mv Ph 0,01/0,1 Ph (Ayarlanabilir) Sıcaklık $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Cihazın Doğruluk Değerleri Aşağıda Tanımlanan Şekilde olmalıdır: Voltaj $\pm 0.2$ Mv $< [100]$ , $\pm 1$ Mv $> [100]$ Ph $\pm 0.01$ Ph Sıcaklık $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
2	TERAZİ	1	ADET	0,01 gr hassaslıkta 100x 100 ölçüsünde paslanmaz çelik kafes kolay temizlenebilir.. elektrik ile çalışır. Enerji tasarrufu için son çalıştırdan 30 sn sonra güç kapanır. Ekran LCD

037-1-90